bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Końcówki epT.I.P.S.® w statywach epT.I.P.S.® Rack - PCR Clean

eppendorf

Oryginalne końcówki epT.I.P.S.® firmy Eppendorf w statywach z przykrywką. Czystość do PCR. Charakteryzują się znakomitym dopasowaniem do pipet Eppendorf. Spełniają wymogi normy EN ISO 8655. Można je sterylizować w 121 °C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Kod barwny	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	K-5749	Końcówki epT.I.P.S.® Racks	100-5000 µl	120 mm	fioletowy	PCR Clean	0030-071-662	5x24 szt.

Opis

Końcówki epT.I.P.S.® w statywach z przykrywką epT.I.P.S.® Rack o stopniu czystości PCR Clean. Oznacza to, że są wolne od DNaz, RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR. Polecane szczególnie do izolacji kwasów nukleinowych, analizy wrażliwych próbek kwasów nukleinowych.

Przy projektowaniu końcówek epT.I.P.S postawiono na jakość oraz na wysoką ergonomię pracy. Kształt stożka w końcówkach Eppendorf zapewnia optymalne przyleganie do pipety. Dzięki temu, że końcówki są długie i wąskie w wygodny sposób można pobierać ciecz nawet z wysokich i wąskich naczyń laboratoryjnych bez dotykania ich krawędzi. Końcówki oraz pipety Eppendorf są oznaczone kodem barwnym. Pozwala on na szybkie i intuicyjne dobranie końcówek kompatybilnych z pipetą o wybranym zakresie pojemności. Precyzyjne podziałki na końcówkach epT.I.P.S.® umożliwiają dodatkowo kontrolowanie objętości pobieranej próbki.

Dostępne są również końcówki epT.I.P.S w statywach o innych stopniach czystości: Eppendorf Quality oraz Biopur. Końcówki Eppendorf o stopniu czystości PCR Clean dostępne są również w formie praktycznych stelaży – reloads.