bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Paski testowe do autoklawu

Paski testowe do kontroli procesu sterylizacji parowej w autoklawie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Temperatura sterylizacji	Rodzaj sterylizacji	Szt./Op.
	B-6341	Paski kontroli sterylizacji	121°C/134°C	para wodna	50 szt.
	B-6343	Paski kontroli sterylizacji	121°C/134°C	para wodna	200 szt.
	B-6342	Paski kontroli sterylizacji	126°C	para wodna	50 szt.

Opis

Paski wskaźnikowe do kontroli procesu sterylizacji parowej w autoklawie.

Paski B-6343 umożliwiają kontrolę procesu sterylizacji w dwóch temperaturach:

- w temp. 121°C – 15 min,
- w temp. 134°C – 3,5 min.

Natomiast paski B-6342 przeznaczone są do kontrolowania sterylizacji w jednej temperaturze:

- w temp. 126°C – 10 min.

Opakowanie produktów B-6343 200 szt. pasków.

BIONOVO ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
tel.: +48 76 850 57 80, fax: +48 76 850 57 99
web: www.bionovo.pl e-mail: info@bionovo.pl
NIP: 691-181-07-58, REGON: 390581121