bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Automatyczne biurety Pelleta - przeźroczyste - kl. AS - z paskiem Schellbacha

ISOLAB Laborgeräte GmbH

Biurety Pelleta wykonane z bezbarwnego szkła borokrzemowego 3.3. Klasa dokładności AS. Posiadają pasek Schellbacha. Zawory odcinający i iglicowy wykonane z PTFE.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Klasa dokł.	Kolor	Pojemność	Podziałka
	S-1599	Automatyczna biureta Pelleta - z paskiem Schellbacha	kl. AS	przezroczysta	10 ml	0,02 ml
	S-1600	Automatyczna biureta Pelleta - z paskiem Schellbacha	kl. AS	przezroczysta	25 ml	0,05 ml
	S-1601	Automatyczna biureta Pelleta - z paskiem Schellbacha	kl. AS	przezroczysta	50 ml	0,10 ml

Opis

Wyprodukowane z kalibrowanych pod próżnią, bezbarwnych rurek borokrzemianowych 3.3 zgodnie z normą ISO 385. Wyposażone w kurek pośredni odcinający i zawór iglicowy wykonane z PTFE. Kalibrowane wg normy DIN/ISO jako klasa „AS". Znak zgodności („DE-M") i numer serii biurety nadrukowany jest na powierzchni korpusu. Napisy i wartości nominalne oraz pasek Schellbacha są drukowane trwałą emalią w kolorze niebieskim i białym. Certyfikat zgodności można pobrać ze strony internetowej producenta. Biurety automatyczne dostarczane są bez butelki i gruszki, które należy zamawiać osobno.