bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

# Karta katalogowa




## Mieszadło OKAP

Urządzenie przeznaczone do wykonywania badań surowicy zwierząt w kierunku brucelozy, metodą kwaśnej aglutynacji płytkowej (OKAP) oraz do innych badań (pulorozy, mykoplazmozy). Aparat umożliwia stosowanie jednocześnie od 1 do 5 antygenów badając po 10 prób. Urządzenie wykonuje ruch kołyszący. Posiada możliwość regulacji częstotliwości kołysania i amplitudy wychylenia. Może pracować w chłodniach i cieplarkach w temperaturach otoczenia od 4°C do 40°C.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa |
|---|---|---|
|  | B-1510 | Mieszadło OKAP |

**Opis**

Urządzenie przeznaczone do wykonywania badań surowicy zwierząt w kierunku brucelozy, metodą kwaśnej aglutynacji płytkowej (OKAP) oraz do innych badań (pulorozy, mykoplazmozy). Aparat umożliwia stosowanie jednocześnie od 1 do 5 antygenów badając po 10 prób. Urządzenie wykonuje ruch kołyszący. Posiada możliwość regulacji częstotliwości kołysania i amplitudy wychylenia. Może pracować w chłodniach i cieplarkach w temperaturach otoczenia od 4°C do 40°C.

**Dane techniczne:**
**Zasilanie:** 230 V, 50 Hz.
**Pobór mocy:** 20 VA.
**Płynna regulacja wychyłu:**
– 1° < P < + 1°.
– 10° < P < +10°.
**Płynna regulacja częstotliwości wychyłu:** 2 – 60 cykli/min.
**Tryb pracy:**
– nastawny do 15 min.,
– ciągły,
– chwilowy.
**Dopuszczalne obciążenie stołu:** 1,5 kg.
**Wymiary stołu:** 285 x 285 mm.
**Wymiary gabarytowe:** 663 x 540 x 310 mm.
**Temperatura otoczenia:** 4°C do 40°C.
**Ciężar:** 6,5 kg.