bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Igły S-Monovette®

SARSTEDT

Sterylne igły S-Monovette® do pobierania próbek krwi żylnej w celach diagnostycznych w połączeniu z probówko-strzykawkami S-Monovette®. Potrójny skos jest łagodny dla tkanek, zapewnia niski ból nakłucia.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kod barwny	Rozmiar	Średnica	Długość	Nr producenta	Szt./Op.
	J-6011	Igły S-Monovette®	czarny	22G	0,7 mm	25 mm	85.1441	100 szt.
	J-6012	Igły S-Monovette®	zielony	21G	0,8 mm	25 mm	85.1373	100 szt.
	J-6013	Igły S-Monovette®	żółty	20G	0,9 mm	25 mm	85.1372	100 szt.
	J-6016	Igły S-Monovette®	czarny	22G	0,7 mm	38 mm	85.1440	100 szt.
	J-6017	Igły S-Monovette®	zielony	21G	0,8 mm	38 mm	85.1162	100 szt.
	J-6018	Igły S-Monovette®	żółty	20G	0,9 mm	38 mm	85.1160	100 szt.

Opis

Igły S-Monovette® są obok probówko-strzykawek S-Monovette® integralną częścią systemu przeznaczonego do pobierania próbek krwi żylnej w celach diagnostycznych. Służą do pobierania krwi żylnej dla celów szerokiej diagnostyki. Składają się z rurki ze stali szlachetnej o długości 1 cala (25 mm) lub 1½ cala (38 mm), mającej specjalne wykończenie w postaci 3-fazowego ostrza w skos. Potrójny skos jest łagodny dla tkanek, zapewnia niski ból nakłucia. Średnica zewnętrzna igły wynosi: 20 G (0,9 mm), 21 G (0,8 mm) lub 22 G (0,7 mm). Igła osadzona jest z oprawką na sztywno w uchwycie z tworzywa, który łączy się bezpiecznie z dowolnymi probówko-strzykawkami S-Monovette®. Wolny koniec igły jest zabezpieczony przed niekontrolowanymi wypływami krwi podczas podłączania kolejnych probówko-strzykawek. Już na podstawie pierwszej kropli użytkownik może zaobserwować, czy pobieranie przebiega prawidłowo. W przypadku pomyślnego nakłucia natychmiast napływa do podłączonej probówko-strzykawki S-Monovette®.

Igły S-Monovette® są sterylizowane promieniowaniem gamma, nie zawierają pirogenów. Pakowane indywidualnie w blistry, przeznaczone do jednorazowego użycia. Wszystkie igły iniekcyjne posiadają na oprawkach kody barwne według normy ISO 6009. Igły S-Monovette® są zgodne z odpowiednimi wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR).

Dodatkowo można zakupić **adaptery membranowe** do igieł S-Monovette® i Multifly® z przyłączem Multi-Adapter, umożliwiające dopasowanie ze zwykłą strzykawką z przyłączem Luer (również probówko-strzykawki Monovette® do gazometrii).