



Probówko-strzykawki L-Monovette[®] Urine Boric Acid



Probówko-strzykawki L-Monovette[®] Urine Boric Acid firmy Sarstedt do higienicznego pobierania próbek moczu. Zawierają kwas borny, który stabilizuje mikroorganizmy przez okres maks. 48 godzin. Współpracują z pojemnikiem NFT. W zestawie z końcówką do aspiracji. Posiadają powierzchnię, na której można umieścić kod kreskowy. Dostarczane w opakowaniach po 64 lub 100 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Przeznaczenie	Pojemność	Śr. x wys.	Stopień czystości	Szt./Op.	Nr producenta
	J-5946	Probówko-strzykawki L-Monovette [®] Urine Boric Acid	bez etykiety	Pojemniki NFT	10,0 ml	15 x 102 mm	niesterylny	64 szt.	10.253
	J-5947	Probówko-strzykawki L-Monovette [®] Urine Boric Acid	z etykietą	Pojemniki NFT	10,0 ml	15 x 102 mm	niesterylny	64 szt.	10.253.001
	J-5948	Probówko-strzykawki L-Monovette [®] Urine Boric Acid	bez etykiety	Pojemniki NFT	10,0 ml	15 x 102 mm	sterylny	100 szt.	10.253.020
	J-5949	Probówko-strzykawki L-Monovette [®] Urine Boric Acid	z etykietą	Pojemniki NFT	10,0 ml	15 x 102 mm	sterylny	100 szt.	10.253.021

Opis

Probówko-strzykawki L-Monovette[®] Urine Boric Acid ze stabilizatorem są przeznaczone do higienicznego pobierania próbek moczu. Wyłamanie tłoczka powoduje, że strzykawka zmienia się w probówkę ze świeżą próżnią. Próbkę moczu można higienicznie pobrać **z pojemnika zbiorczego za pomocą dołączonej końcówki aspirującej**. Dzięki delikatnemu zasysaniu również szczególnie wrażliwe składniki moczu, np. wałeczki w moczu, są zachowane do oceny mikroskopowej. Zapasowe końcówki aspirujące można także kupić osobno. Probówki posiadają dużą powierzchnię, na której można umieścić kod kreskowy. Pozwala to na wyraźną identyfikację próbek.

Kwas borny w probówko-strzykawkach Sarstedt

Probówki z kwasem bornym oferują wszystkie zalety probówki Urine-Monovette w połączeniu ze skuteczną stabilizacją mikroorganizmów zawartych w moczu. Natychmiastowe **działanie bakteriostatyczne kwasu bornego** na najważniejsze patogeny zakażeń dróg moczowych było wielokrotnie udowodnione. Próbkę moczu można przechowywać lub wysłać w temperaturze pokojowej, zapewniając wiarygodne wyniki badań mikrobiologicznych przez okres 48 godzin po pobraniu.

Probówko-strzykawki z kwasem bornym są kompatybilne z NFT. Można je wprowadzić do pojemnika poprzez membranę. Dostępne na rynku testy paskowe do chemicznej analizy moczu można wygodnie zanurzyć w napełnionej Urine-Monovette. Natomiast w celu uzyskania osadu probówko-strzykawki te można wirować. Zastosowanie L-Monovette[®] Urine Boric Acid jako probówki wirówkowej wyraźnie skraca czas analizy. **Nadają się do transportu i wysyłki** zgodnie z przepisami dotyczącymi pakowania ADR i IATA. Posiadają certyfikat **CE** oraz **IVD** (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*).

Praca z probówką L-Monovette® Urine Boric Acid **nie wymaga użycia igieł i jest wysoce higieniczna**. Zwiększa tym samym bezpieczeństwo pacjenta i użytkownika. Do prawidłowego usunięcia próbki po użyciu nie są wymagane pojemniki odporne na przekłucia.