bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Probówko-strzykawki L-Monovette® Urine Neutral

SARSTEDT

Probówko-strzykawki L-Monovette® Urine Neutral firmy Sarstedt do higienicznego pobierana próbek moczu. Współpracują z pojemnikiem NFT. W zestawie z końcówką do aspiracji.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Typ	Pojemność	Śr. x wys.	Stopień czystości	Szt./Op.	Nr producenta
	J-5931	Probówko-strzykawki L-Monovette® Urine Neutral	Pojemniki NFT	z etykietą	3,2 ml	13 x 75 mm	niesterylny	64 szt.	10.250.001
	J-5934	Probówko-strzykawki L-Monovette® Urine Neutral	Pojemniki NFT	bez etykiety	8,5 ml	15 x 92 mm	niesterylny	64 szt.	10.258
	J-5936	Probówko-strzykawki L-Monovette® Urine Neutral	Pojemniki NFT	bez etykiety	8,5 ml	15 x 92 mm	sterylny	100 szt.	10.258.020
	J-5938	Probówko-strzykawki L-Monovette® Urine Neutral	Pojemniki NFT	bez etykiety	10,0 ml	15 x 102 mm	niesterylny	64 szt.	10.252
	J-5939	Probówko-strzykawki L-Monovette® Urine Neutral	Pojemniki NFT	z etykietą	10,0 ml	15 x 102 mm	niesterylny	64 szt.	10.252.001
	J-5940	Probówko-strzykawki L-Monovette® Urine Neutral	Pojemniki NFT	bez etykiety	10,0 ml	15 x 102 mm	sterylny	100 szt.	10.252.020

Opis

Probówko-strzykawki L-Monovette® Urine Neutral firmy Sarstedt do higienicznego pobierana próbek moczu. Wyłamanie tłoczka powoduje, że strzykawka zmienia się w probówkę ze świeżą próżnią. Próbkę moczu można higienicznie pobrać z pojemnika zbiorczego za pomocą dołączonej końcówki aspirującej. Dzięki delikatnemu zasysaniu również szczególnie wrażliwe składniki moczu, takie jak wałeczki w moczu, są zachowane do oceny mikroskopowej. Zapasowe końcówki aspirujące można także kupić osobno.

Probówko-strzykawki L-Monovette® Urine Neutral są kompatybilne z NFT. Można je wprowadzić do pojemnika poprzez membranę. Dodatkowo, dostępne na rynku testy paskowe do chemicznej analizy moczu można wygodnie zanurzyć w napełnionej Urine-Monovette. Natomiast w celu uzyskania osadu probówko-strzykawki te można wirować. Bezpośrednie użycie L-Monovette® Urine Neutral jako probówki do wirówki skraca czas analizy. Nadają się do transportu i wysyłki zgodnie z przepisami dotyczącymi pakowania ADR i IATA. Posiadają certyfikat **CE** oraz **IVD** (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*).

Praca z probówką Urine-Monovette nie wymaga użycia igieł i jest wysoce higieniczna. Zwiększa tym samym bezpieczeństwo pacjenta i użytkownika.