bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

# Karta katalogowa



## Kolby miarowe kl. A, z niebieską skalą i korkiem z PE

ISOLAB Laborgeräte GmbH

Kolby miarowe klasy A. Z korkiem z PE. Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Wyprodukowane zgodnie z normą DIN EN ISO 1042. Opisy naniesione są metodą szlifu diamentowego i wypełnione niebieską emalią. Produkt posiada certyfikat serii oraz jest kalibrowany na wlew (In).

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Pojemność | Tolerancja | Maks. wysokość | Szlif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | S-1001 | Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE | 5 ml | ±0,025 ml | 70 mm | NS 10/19 |
| | S-1002 | Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE | 10 ml | ±0,025 ml | 90 mm | NS 10/19 |
| | S-1003 | Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE | 20 ml | ±0,040 ml | 110 mm | NS 10/19 |
| | S-1004 | Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE | 25 ml | ±0,040 ml | 110 mm | NS 10/19 |
| | S-1005 | Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE | 50 ml | ±0,060 ml | 140 mm | NS 12/21 |
| | S-1006 | Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE | 50 ml | ±0,060 ml | 140 mm | NS 14/23 |
| | S-1007 | Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE | 100 ml | ±0,100 ml | 170 mm | NS 12/21 |
| | S-1008 | Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE | 100 ml | ±0,100 ml | 170 mm | NS 14/23 |
| | S-1009 | Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE | 200 ml | ±0,150 ml | 210 mm | NS 14/23 |
| | S-1010 | Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE | 250 ml | ±0,150 ml | 220 mm | NS 14/23 |
| | S-1011 | Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE | 300 ml | ±0,200 ml | 230 mm | NS 14/23 |
| | S-1012 | Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE | 400 ml | ±0,200 ml | 250 mm | NS 19/26 |
| | S-1013 | Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE | 500 ml | ±0,250 ml | 260 mm | NS 19/26 |
| | S-1014 | Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE | 1000 ml | ±0,400 ml | 300 mm | NS 24/29 |
| | S-1015 | Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE | 2000 ml | ±0,600 ml | 370 mm | NS 29/32 |
| | S-1016 | Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE | 5000 ml | ±1,200 ml | 475 mm | NS 34/35 |
| | S-1017 | Kolba miarowa kl. A - z niebieską skalą i korkiem z PE | 10000 ml | ±2,000 ml | 570 mm | NS 45/40 |

**Opis**

Kolby miarowe wykonane **ze szkła borokrzemowego 3.3** zgodnie z normą **DIN EN ISO 1042**. **Kalibrowane na wlew (In), zgodnie z normą DIN/ISO klasa „A”**. Znak zgodności („DE-M”) i numer partii nadrukowany na powierzchni korpusu. Aby zapewnić kolbom dłuższą trwałość, znak pierścienia menisku jest w kolorze niebieskim. Opisy zostały naniesione metodą szlifu diamentowego i wypełnione trwałą emalią w intensywnie niebieskim kolorze. Kolby dostarczane są ze szczelnym korkiem polietylenowym (PE), który zapewnia idealne zamknięcie. Certyfikat serii można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej producenta.