bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Butelki laboratoryjne Duran PURE - bez zakrętki - bezbarwne

DURAN

Butelki laboratoryjne Duran® Pure z bezbarwnego szkła borokrzemianowego. Ze standardowym gwintem, bez zakrętek i pierścieni wylewowych, zamykane pokrywkami ochronnymi. Opracowane na potrzeby przemysłu farmaceutycznego. Z certyfikatem analizy (CoA). Autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Śr. x wys.	Gwint
	G-2452	Butelka laboratoryjna Duran® PURE	bez zakrętki	25 ml	36 x 70 mm	GL25
	G-2454	Butelka laboratoryjna Duran® PURE	bez zakrętki	100 ml	56 x 100 mm	GL45
	G-2456	Butelka laboratoryjna Duran® PURE	bez zakrętki	250 ml	70 x 138 mm	GL45
	G-2457	Butelka laboratoryjna Duran® PURE	bez zakrętki	500 ml	86 x 176 mm	GL45
	G-2459	Butelka laboratoryjna Duran® PURE	bez zakrętki	1000 ml	101 x 225 mm	GL45
	G-2460	Butelka laboratoryjna Duran® PURE	bez zakrętki	2000 ml	136 x 260 mm	GL45
	G-2462	Butelka laboratoryjna Duran® PURE	bez zakrętki	5000 ml	182 x 330 mm	GL45
	G-2463	Butelka laboratoryjna Duran® PURE	bez zakrętki	10000 ml	227 x 410 mm	GL45
	G-2464	Butelka laboratoryjna Duran® PURE	bez zakrętki	20000 ml	288 x 505 mm	GL45

Opis

Wysokiej jakości butelki Duran Pure zostały wykonane z bezbarwnego szkła borokrzemianowego, zgodne z normą ISO 4796-1. O pojemności od 25 ml do 20 l. Wyraźną skalę, duże pole opisowe oraz informacje dodatkowe umieszczono na szkle wypalaną, odporną chemicznie, białą emalią ceramiczną. Kod numeru partii umieszczony na ściance butelek zapewnia jej 100% identyfikowalność wraz z danymi ze wszystkich etapów produkcji. Butelki Duran Pure są zamykane pokrywkami ochronnymi, montowanymi na butelkach bezpośrednio na linii produkcyjnej. Zapobiega to zanieczyszczeniu szklanej powierzchni wewnątrz podczas przechowywania i transportu. Autoklawowalne. Linię produktów Duran Pure opracowano przede wszystkim na potrzeby przemysłu farmaceutycznego. Typowe zastosowania butelek to magazynowanie półproduktów i składników luzem, transport.

Producent do każdego artykułu dostarcza Certyfikat Analizy (CoA) zawierający dane dotyczące odporności hydrolitycznej mierzonej dla pojedynczej partii. Na podstawie tych danych potwierdza spełnienie wymagań stawianych szkłu typu I. Butelki Duran Pure posiadają obszerną dokumentację jakości, w tym specyfikację produktu, oświadczenia dotyczące BSE/TSE, kontaktu z żywnością, substancji ekstrahowalnych i inne. Dla tych produktów złożono w FDA akta potwierdzające użyteczność typu III DMF (nr 28042).

Butelki należy doposażyć w odpowiednią zakrętkę Duran Pure (z uszczelką wargową lub z septą silikon/PTFE) oraz pierścienie wylewowe Duran Pure.