



Maski ochronne Safe - jednorazowe

Jednorazowe maski ochronne Safe wykonane z certyfikowanych surowców. Z elastycznymi gumkami i wbudowanym drucikiem. Trzy warstwy materiału zapewniają ochronę przed zagrożeniami rozprzestrzeniającymi się drogą kropelkową. Włókny gwarantują skuteczność filtrowania bakterii na poziomie $\geq 98\%$. Produkt polskiego producenta.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Kolor	Szt./Op.
	P-2130	Jednorazowe maski ochronne 3-warstwowe	z gumkami	biały	50 szt.
	P-2131	Jednorazowe maski ochronne 3-warstwowe	z gumkami	żółte	50 szt.
	P-2132	Jednorazowe maski ochronne 3-warstwowe	z gumkami	zielone	50 szt.
	P-2133	Jednorazowe maski ochronne 3-warstwowe	z gumkami	niebieskie	50 szt.
	P-2134	Jednorazowe maski ochronne 3-warstwowe	z gumkami	czerwone	50 szt.
	P-2135	Jednorazowe maski ochronne 3-warstwowe	z gumkami	denim	50 szt.
	P-2136	Jednorazowe maski ochronne 3-warstwowe	z gumkami	czarne	50 szt.

Opis

Maski ochronne Safe:

Jednorazowe maski ochronne Safe to certyfikowany produkt gwarantujący najwyższy poziom ochrony osobistej. Profesjonalne, wysokiej jakości maski medyczne wykonano z certyfikowanych surowców oraz miękkich materiałów. W rozmiarze uniwersalnym, dopasującym się do każdego kształtu twarzy. Trójwarstwowe, zapewniają ochronę przed bakteriami, wirusami, smogiem a także innymi zagrożeniami rozprzestrzeniającymi się drogą kropelkową. Włókna Spunbond i umieszczona pomiędzy warstwą Meltblown gwarantują skuteczność filtrowania bakterii na poziomie $\geq 98\%$. Odporne na przesiąkanie przez potencjalnie skażone substancje płynne (tzw. splash resistance). W rezultacie stwarzają skuteczną barierę dla unoszących się aerozoli. Produkcja maseczek odbywa się w Polsce, w sterylnych warunkach (Cleanroom klasy czystości powietrza ISO 8 zgodnie z normą ISO 14644-1).

Deklarowane właściwości:

Oferowane maseczki spełniają wymagania normy EN 14683. Posiadają zwiększoną odporność na ciecze i aerozole (typ IIR). Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) $\geq 98\%$. Deklarowana wytrzymałość na rozpryskiwanie pod ciśnieniem (ciśnienie, dla którego materiał maski nie przepuszcza, także potencjalnie skażonych, płynnych substancji) ≥ 120 mmHg (16 kPa). Opór powietrza (opory oddechowe DP): < 60 Pa/cm². Czystość mikrobiologiczna ≤ 30 jtk/g. Maski posiadają Świadectwo Jakości

Zdrowotnej PZH, a także potwierdzenie zgodności produktu z normą EN 14683:2019+AC. Sklasyfikowane jako niedrażniące. Nadają się do laboratoriów badawczych, szpitali, klinik, gabinetów.

Badania potwierdzające jakość produktu:

- Państwowy Zakład Higieny (PZH) – Świadectwo Jakości Zdrowotnej Nr B-BŻ-6071-0336/20/C: Badanie potwierdzające, że podczas prawidłowego użytkowania produktu nie jest on szkodliwy dla zdrowia.
- Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy (CIOP) Nr 1084/PZ-TSB-COV/2020/NC. Badanie masek medycznych na zgodność z normą EN 14683:2019+AC w zakresie skuteczności filtracji szczepów bakterii, czystości mikrobiologicznej i oporów oddychania.
- Skin Lab International Badanie nr: F02/I03/PO-08: sprawozdanie z badań dermatologicznych – metodą HRIPT, zgodnie z którym produkt sklasyfikowany jako niedrażniący (hypoalergiczny).
- Instytut Badawczy RI.SE nr O100152/124551: Badanie masek medycznych na zgodność z normą EN 14683:2019+AC w zakresie skuteczności filtracji szczepów bakterii, czystości mikrobiologicznej i oporów oddychania, potwierdzona skuteczność filtracji bakteryjnej na poziomie 99,7%-100%. Norma EN 14683:2019+AC:2019 jest normą zharmonizowaną z Dyrektywą 93/42/EEC (MDR – 2017/745).