bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Końcówki Optifit Low Retention - Refill Tower

SARTORIUS

Oryginalne końcówki do pipet Sartorius Biohit. Pasują także do wielu powszechnie stosowanych pipet. Kolorowe kodowanie opakowań pozwala na szybki wybór odpowiedniej końcówki w czasie pracy. Posiadają certyfikat CE/IVD. Wykonane z najwyższej jakości polipropylenu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Nr producenta	Szt./Op.
	K-6834	Końcówki Sartorius Biohit Optifit Low Retention - Refill Tower	0,1-10 µl	31,5 mm	LH-L790012	10x96 szt.
	K-6835	Końcówki Sartorius Biohit Optifit Low Retention - Refill Tower	0,5-200 µl	51 mm	LH-L790202	10x96 szt.
	K-6836	Końcówki Sartorius Biohit Optifit Low Retention - Refill Tower	5-350 µl	54 mm	LH-L790352	10x96 szt.

Opis

Oryginalne końcówki do pipet Sartorius Biohit. Pasują także do wielu powszechnie stosowanych pipet. Kolorowe kodowanie opakowań pozwala na szybki wybór odpowiedniej końcówki w czasie pracy. Posiadają certyfikat CE/IVD. Wykonane z najwyższej jakości polipropylenu. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii końcówki Sartorius Biohit Low Retention charakteryzują się wyjątkowo jednolitą i gładką powierzchnią hydrofobową, co zwiększa dokładność pipetowania detergentów i innych cieczy o niskim napięciu powierzchniowym. Końcówki typu Low Retention są szczególnie przydatne w PCR, RT-PCR, klonowaniu i sekwencjonowaniu DNA, SDS-PAGE i innych metodach oczyszczania i analizy białek.
Spakowane w wymienne tacki, do bezpośredniego przekładania do pudełek na końcówki (do zakupienia osobno) lub do opróżnionych pudełek Single Tray. Pozwalają zminimalizować ryzyko kontaminacji. Zarówno tacki jak i końcówki można sterylizować w autoklawie.

Pudełka na wkłady uzupełniające z końcówkami do pipet Sartorius Biohit (na końcówki 10, 200 i 350 µl) o Nr-Art. K-0508 należy zamawiać osobno.

Tabela kompatybilności końcówek Sartorius Biohit z pipetami innych producentów – [tutaj].