bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

# Karta katalogowa



## Oryginalne końcówki do pipet w statywach TipStack - Brand

BRAND

Końcówki do pipet firmy Brand, spakowane w wieżę, zawierającą 10 wkładów wymiennych oraz dwa pudełka na końcówki. Wyposażone w przekładki między kolejnymi wkładami. Użycie wkładów pozwala zmniejszyć ryzyko kontaminacji podczas umieszczania końcówek w pudełku i zapewnia znaczącą oszczędność miejsca w laboratorium.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Pojemność | Szt./Op. | Nr producenta |
|---|---|---|---|---|---|
| | K-0273 | Końcówki do pipet Brand, TipStack - niesterylne | 0,5-20 µl | 10x96 szt. | 732244 |
| | K-0274 | Końcówki do pipet Brand, TipStack - BIO-CERT | 0,5-20 µl | 10x96 szt. | 732264 |
| | K-0275 | Końcówki do pipet Brand, TipStack - niesterylne, ULR | 0,5-20 µl | 10x96 szt. | 732344 |
| | K-0276 | Końcówki do pipet Brand, TipStack - BIO-CERT, ULR | 0,5-20 µl | 10x96 szt. | 732364 |
| | K-0277 | Końcówki do pipet Brand, TipStack - niesterylne | 2-200 µl | 10x96 szt. | 732248 |
| | K-0278 | Końcówki do pipet Brand, TipStack - BIO-CERT | 2-200 µl | 10x96 szt. | 732268 |
| | K-0279 | Końcówki do pipet Brand, TipStack - niesterylne, ULR | 2-200 µl | 10x96 szt. | 732348 |
| | K-0280 | Końcówki do pipet Brand, TipStack - BIO-CERT, ULR | 2-200 µl | 10x96 szt. | 732368 |
| | K-0281 | Końcówki do pipet Brand, TipStack - niesterylne | 50-1000 µl | 10x96 szt. | 732252 |
| | K-0282 | Końcówki do pipet Brand, TipStack - BIO-CERT | 50-1000 µl | 10x96 szt. | 732272 |
| | K-0283 | Końcówki do pipet Brand, TipStack - niesterylne, ULR | 50-1000 µl | 10x96 szt. | 732352 |
| | K-0284 | Końcówki do pipet Brand, TipStack - BIO-CERT, ULR | 50-1000 µl | 10x96 szt. | 732372 |

### Opis

Końcówki do pipet firmy Brand, spakowane w wieżę, zawierającą 10 wkładów wymiennych oraz dwa pudełka na końcówki. Wyposażone w przekładki między kolejnymi wkładami. Użycie wkładów pozwala zmniejszyć ryzyko kontaminacji podczas umieszczania końcówek w pudełku i zapewnia znaczącą oszczędność miejsca w laboratorium.

Końcówki są wyprodukowane z wysokiej jakości polipropylenu (wolnego od DiHEMDA i oleamidu). Z podziałką, umożliwiającą szybką weryfikację pobranej objętości. Autoklawowalne w 121°C/2 bar, zgodnie z DIN EN 285. Posiadają znak CE zgodnie z dyrektywą IVD 98/79 WE.
Końcówki dostępne są  w dwóch wersjach:
– **końcówki niesterylne** (wolne od DNA, RNaz, endotoksyn i ATP), do standardowych zastosowań
– **końcówki sterylne – BIO-CERT** (wolne od DNA, RNaz, endotoksyn i ATP), do zastosowań wymagających zachowania sterylności procesu pipetowania.