bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Anemometr Testo 410-1

Anemometr wiatraczkowy Testo 410-1 pozwala na pomiar prędkości przepływu powietrza oraz jego temperatury. Wyposażony w funkcję kalkulacji stopnia wychłodzenia spowodowanego przez wiatr, uśredniania pomiaru, HOLD, max./min.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	T-2170	Anemometr Testo 410-1	0560 4101

Opis

Kieszonkowy, poręczny anemometr wiatraczkowy **Testo 410-1** służy do pomiarów przepływu powietrza i jego temperatury. Posiada zintegrowany wiatraczek o średnicy 40 mm. Idealnie sprawdza się do wykonywania szybkich pomiarów wewnątrz budynków, np. na wlotach i wylotach kratek przy kanałach wentylacyjnych. Na zewnątrz, na otwartej przestrzeni, urządzenie rejestruje wyniki równie dokładnie. Mierzy **prędkość przepływów powietrza** w zakresie **od 0,4 do 20 m/s**. Dodatkowe funkcje anemometru Testo 410-1 pozwalają na obliczenie **stopnia wychłodzenia** spowodowanego wiatrem, jak również **siły wiatru** wyrażonej w skali Beauforta. Użytkownik ma możliwość wyboru jednostki pomiarowej. Dla prędkości przepływu powietrza do wyboru są: **m/s, km/h, fpm, mph** lub **kts** (węzły). Natomiast w przypadku temperatury powietrza: **°C** lub **°F**.

Testo 410-1 jest oferowany wraz z nasadką ochronną i paskiem na nadgarstek, które chronią urządzenie przed uszkodzeniem podczas wykonywania pomiarów lub transportu. Anemometr Testo posiada liczne funkcje ułatwiające dokonywanie pomiarów, np. **uśrednianie wartości pomiaru**. Funkcja **HOLD** umożliwia zapamiętanie na urządzeniu zarejestrowanej wartości prędkości przepływającego powietrza do porównania z innymi pomiarami. Dzięki zapamiętywaniu wartości **max./min.** możliwe jest wyświetlenie skrajnych wyników zarejestrowanych od włączenia lub zresetowania urządzenia. Aby ułatwić użytkownikowi pomiary w ciemnych i trudno dostępnych miejscach, miernik posiada **podświetlany** wyświetlacz **LCD**.
Zestaw zawiera: anemometr **Testo 410-1**, nasadkę ochronną, pasek na nadgarstek, baterie oraz fabryczny protokół kalibracyjny.