
bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Marker z tuszem wskaźnikowym do kontroli sterylizacji parą wodną

Marker przeznaczony do opisywania taśm, folii, etykiet i innych powierzchni przedmiotów przeznaczonych do sterylizacji. Tusz wskaźnikowy zmienia kolor w trakcie procesu sterylizacji.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rodzaj sterylizacji	Zmiana barwy
	L-1021	Marker z tuszem wskaźnikowym do kontroli sterylizacji	para wodna	bordowy - zielony

Opis

Marker przeznaczony do opisywania taśm, folii, etykiet i innych powierzchni przedmiotów przeznaczonych do sterylizacji. Tusz wskaźnikowy zmienia kolor w trakcie procesu sterylizacji.

Zgodny z normą EN 867-1, klasa A i ISO 11140-1, klasa 1.